



BANGLADESH ATOMIC ENERGY REGULATORY AUTHORITY

E-12/A, Agargaon, GPO Box # 240, Dhaka-1207

LICENCE FOR X-RAY UNIT

1. Pursuant to Sections 18(2)(a) & 21(1) of the Bangladesh Atomic Energy Regulatory Act No.19 of 2012 and subject to the conditions and limits incorporated herein, the Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) hereby issues the licence to-

My Lab Medical & Diagnostic
Centre Pvt. Ltd.
House # 95, 95/A, Road # 07
Sector # 04, Uttara
Dhaka

Licence No.	: 7971/2024-2025
Type of Licence	: Class 'C'
Docket No.	: BAER-DHA-8(6704)/2024
Installation Code No.	: DHA(C)-P-1377
Expiry Date	: 31-12-2025

to OWN, STORE, HANDLE AND USE the following X-ray unit :

Type of Machine	: Radiography (Fixed)
Model No.	: REX 525 R
Serial No.	: 24-0131
Tube Voltage	: 125 kV
Tube Current	: 500 mA

for the diagnostic purpose.

2. This licence is subject to the compliance of all applicable limits and conditions set-forth in the Nuclear Safety and Radiation Control Rules-1997(SRO No.205-Law/1997), in particular of those mentioned in Rules 10.1, 10.13, 19.5, 24, 38 and 52.

3. For the purpose of this licence-

The Legal Nominee/Authorized Person

Md. Ruhul Amin

Radiation Control Officer

Md. Mahmudul Hasans; RCO No. 430/2024-2025

4. The issuance of this licence on 29-12-2024 is based upon the licence application of "My Lab Medical & Diagnostic Centre Pvt. Ltd." dated 02-12-2024 and the information obtained during the inspection on 23-12-2024 and the documents submitted to this office for the licence, filed under the Docket No. mentioned above.

Issued by

Dr. Meherun Nahar
Director
Radiation, Transport and Waste Safety Division
Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority



বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাক্স নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭।

ফোন : ৮৮-০২-২২২২১৮৫৩৭

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-২২২২১৮২১৫

ই-মেইল : info@baera.gov.bd

ওয়েবসাইট : www.baera.gov.bd

সূত্র নং-বিএইআর-DHA-৮(৬৭০৪)/২০২৪

তারিখ: ২৯-১২-২০২৪

জনাব মো: রুহুল আমিন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাইল্যাব মেডিক্যাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রা: লি:

প্লট-৯৫, ৯৫/এ, রোড- ০৭, সেক্টর-০৪

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

বিষয় : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (ব্যপশনি) আইন, ২০১২ এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিধিমালা-১৯৯৭ অনুযায়ী বিকিরণ উৎপাদনক্ষম যন্ত্র (X-ray মেশিন) পরিচালনার নতুন লাইসেন্স ('গ' শ্রেণি) প্রেরণ।

১। আপনার প্রতিষ্ঠানের X-ray মেশিন পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'গ' শ্রেণির নতুন লাইসেন্স (নং-৭৯৭১/২০২৪-২০২৫) নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

- লাইসেন্স প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে X-ray Machine Installation সংক্রান্ত রিপোর্ট, Service Provider কর্তৃক প্রদত্ত QA Report এবং Acceptance test রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
- সংযুক্ত নির্দেশিকার চাহিদা অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে নির্দেশিকায় বর্ণিত তথ্য প্রেরণের শর্ত পালন করতে হবে।
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-১৯৯৭ এর বিধি-৫৪.২ অনুযায়ী Radiation Control Officer (RCO) এর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য;
- প্রতিষ্ঠানের বিকিরণকর্মীর প্রতি ০৩(তিন) মাসের TLD রিপোর্ট সংরক্ষণ করে RCO এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ;
- পুনরায় নবায়নের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আবেদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- পরবর্তী লাইসেন্স নবায়নের সময় আবেদনসহ BAERA-এর নবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ।

২। উল্লেখ্য যে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিকিরণ উৎপাদনক্ষম যন্ত্র (এক্স-রে) স্থাপনার বিকিরণ নিরাপত্তা (Radiation Protection) সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা পানিবিনি বিধিমালা-১৯৯৭ ও Regulatory Guide অনুযায়ী সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হলে ভবিষ্যতে প্রতি বছরের নবায়ন ফি প্রদান সাপেক্ষে একাধিক বছরের ব্যবহারিক লাইসেন্স (গ-শ্রেণি) নবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তবে এই ক্ষেত্রে নবায়ন ফি(ডাটসহ) ও এতদসঙ্গে সংযুক্ত ছক অনুযায়ী 'অঙ্গীকারনামা'সহ যথাযথ পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ বরাবর নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-১৯৯৭ এর সূচু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন প্রদান করা হলো।

সংযোজন: বর্ণনামতে।



ড. মেহেরুন নাহার

পরিচালক

বিকিরণ, পরিবহন ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

অনুলিপি: ১। সংশ্লিষ্ট নথি।